

## FISA TEHNICA

### 1. Sistem gamma (scurt) pentru fracturi trohanteriene

Specificatii tehnice	Da/Nu	Observatii (corespondenta manual, pliant, pagina
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confectionate din titan/aliaj titan</li> <li>• Diametru intre 10-12mm</li> <li>• Lungime minim 17cm, maxim 24cm</li> <li>• Sa prezinte unghi cervicodiafizar (intre tija centromedulara si surubul de col) variabil, cu minim 2 dintre variantele anatomice: 120*, 125*, 130*</li> <li>• Sa prezinte surub de compresie proximal de diametru minim 10mm, lungime variabila intre 70-130mm, cu progresie de maxim 5mm intre doua dimensiuni consecutive</li> <li>• Sa prezinte surub de compresiune antirotatie intramedular proximal</li> <li>• Sa prezinte sistem de tintire proximal si distal pentru toate gaurile, cu instrumentar de tintire radiotransparent in totalitate</li> <li>• Instrumentarul sa contina dispozitive complete pentru deschiderea canalului femural, introducerea ghidului conductor, alezarea progresiva a canalului, tintire proximala si distala radiotransparenta, compresia focarului de fractura, precum si instrumentar pentru suprimarea/retragerea tijei din canalul femural</li> <li>• sa prezinte gauri distale lateromediale, care sa permita zavorarea bicorticala cu suruburi de 4.5-5.0mm, atat static cat si dynamic</li> <li>• sa includa minim 1 surub de corticala</li> <li>• surub capac</li> </ul>		

Se solicita:

- obligatoriu descrieri si fotografii pentru fiecare lot in parte, pentru a verifica capacitatea ofertantului de a livra produsele solicitate. Descrierile sau fotografiile sunt solicitate in vederea dovedirii conformitatii produselor cu cerintele din caietul de sarcini.
- Esantioane pentru **fiecare** varianta anatomica solicitata, precum si instrumentar complet, conform specificatiilor tehnice cerute.

La o data anuntata ulterior, se va organiza o evaluare a specificatiilor tehnice cu esantioane si truse complete pentru implantare.

Descrierile si fotografiile sa fie ambalate separat si etichetate cu denumire furnizor si denumire lot pentru a se putea identifica pentru care lot se depune descrierea sau fotografia respectiva.

**Ofertantul se obliga sa puna la dispozitia Spitalului, in permanenta, in regim de custodie, instrumentarul specific, necesar operatiei si implantarii produsului precum si sa asigure service-ul, inlocuirea instrumentarului si a componentelor defecte, pe toata durata derularii programului, in cel mult 48 de ore de la constatarea defectiunii.**

Dr. ANTIAS VIRGIL  
medic primar ortoped  
sef sectie  
Cod 148906